

Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

29.10.2015 № 11-2015

г. Минск

заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

3. Рассмотрение результатов ГКИ средств измерений

3.12. СЛУШАЛИ:

Смирнов Р.В. (Витебский ЦСМС) – о результатах государственных контрольных испытаний типа "Сумматоры электронные многофункциональные для учета электроэнергии СЭМ-3", изготовитель – УПП "Микрон", г. Витебск, Республика Беларусь (основание – очередные ГКИ (с целью продления срока действия утверждения типа), необходимость оформления нового сертификата и описания типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 13 4490 10.

РЕШИЛИ:

3.12.1. Аннулировать сертификат №6675 об утверждении типа "Сумматоры электронные многофункциональные для учета электроэнергии СЭМ-3", выданный УПП "Микрон", г. Витебск, Республика Беларусь.

3.12.2. По результатам государственных контрольных испытаний выдать УПП "Микрон", г. Витебск, Республика Беларусь, новый сертификат об утверждении типа "Сумматоры электронные многофункциональные для учета электроэнергии СЭМ-3" с сохранением ранее присвоенного номера Государственного реестра (РБ 03 13 4490) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

3.12.3. Оформить новое Описание типа и утвердить в установленном порядке.

3.12.4. Сумматоры метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

3.12.5. Поверку проводить по МРБ МП. 2116-2010.

3.12.6. Поверку средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии, проводить юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления (межповерочный интервал – не более 48 месяцев).

3.12.7. Представить средства измерений на очередные государственные контрольные испытания до истечения срока действия утверждения типа (не позднее 29.10.2020).

Председатель

Секретарь

ВЕРНО

29.10.2015



Н.Д. Ляхова

С.А. Ивлев

Н.Д. Ляхова